



Labo 700424

LABORATOIRE BELKHAYAT  
580 C , HAY EL MASSIRA I  
MARRAKECH 40000  
MOROCCO

Rapport de synthèse sur l'échantillon:  
Programme coagulation

Cycle 12

Avr 2024 – Ma 2025

N° d'échantillon: 8

Date de l'échantillon: 18 Nov 24

Lot n°: 281100



External Quality Assurance Services

Instrument: Diagnostica Stago Series

Analyte	Unité	Résultat	Moyenne	Z-score	RMZ	Comparateur
✓ Activité PT %	% Activité	39	41.8	-0.98	-1.10	Pairs
✓ Fibrinogène	g/L	1.05	1.02	0.73	0.52	Pairs
✓ T de prothromb (PT) <=1.4	Secondes	25.7	24.6	1.18	0.57	Pairs
✓ Temps de Céphaline (APTT)	Secondes	75.6	68.9	1.51	0.58	Pairs
✓ Temps de prothrombine/INR	INR	2	1.90	1.09	1.34	Pairs

Légende: ✓ Pas d'avertissement    🚫 Résultat absent    📅 Résultats en retard    ⚠️  $2.0 \leq |Z\text{-score}| < 3.0$     ❌  $|Z\text{-score}| \geq 3.0$   
 \* Résultat modifié (à la demande du participant)    ⚠️ Détermination non robuste de la moyenne et de l'écart-type

Classification de problème: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Action corrective: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Revu par: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_